



Herstedøstervej 19
DK-2600 Glostrup
www.duotec.dk
info@duotec.dk

Kalibreringsrapport

Udstedt: 26-08-2019

Kunde : MJ Klimateknik Aps.

Type : ppbRae 3000

Serienummer : 594-912004

FW version : 2.20A

Batteri S/N :

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
S/N	:	1062R133251		


		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobuten ppb	25000	10000	1000	5000
	:					
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	C4H8	100 ppm	Certifikat:	312045
-----------------	---	------	---------	-------------	--------

Kalibreringsdato : 26-08-2019

Næste kalibrering : 25-08-2020

Godkendt af : Tekniker



Stig Karlson

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte