



Herstedøstervej 19
DK-2600 Glostrup
www.duotec.dk
info@duotec.dk

Service rapport

Udstedt 29-03-2023

Kunde : MJ Klimateknik

Type : ppbRAE 3000

Serienummer : 594-912004

FW version : 2.22A

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Bemærkninger:

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

Pumpe, Lampe og detektor rensset, kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
	:			

		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobutene ppb	25	100	1	5
	:	Isobutene ppm				
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	ISO 100 ppm	Certifikat:	1678342-117
-----------------	---	-------------	-------------	-------------

Kalibreringsdato : 29-03-2023

Næste kalibrering : 28-03-2024

Godkendt af : Tekniker

Rasmus Bendsen

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte